



เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง ประกอบด้วย
 - 1.2.1 ตัวเต็นท์ (ห้องปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์)
ขนาด 4 x 8 x 2.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 1 หลัง
 - 1.2.2 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
 - 1.2.3 โต๊ะสแตนเลสสำหรับปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ จำนวน 6 ตัว
 - 1.2.4 ชุดหลอดไฟ LED สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ จำนวน 6 ชุด
 - 1.2.5 ชุดม้วนเก็บสายไฟสายสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด
 - 1.2.6 โคมไฟชนิดตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว
- 1.3 มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบของเต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือ ประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ตัวเต็นท์ (ห้องปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์) จำนวน 1 หลัง
 - 2.1.1 เต็นท์มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 4 x 8 x 2.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 2.1.2 มีโครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียม มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร
 - 2.1.3 ผ้าคลุมหลังคาผลิตจากโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย PVC ไม่น้อยกว่า 320 กรัม ต่อ ตารางเมตร
 - 2.1.4 ผ้ากันด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เหล็กกรอบข้าง ผลิตจากโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย PVC มีหน้าต่างพร้อมตาข่ายกันแมลง สามารถประกอบกับผ้าคลุมหลังคาได้ง่าย
 - 2.1.5 ผ้ากันด้านหน้า และด้านหลัง ผลิตจากโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย PVC มีช่องประตู สามารถม้วนเก็บได้
 - 2.1.6 มีผ้าใบปูพื้น เป็นผ้าใบชนิดคูนิลอน มีขนาด 4.20 x 8.20 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
 - 2.1.7 เมื่อกางเต็นท์จะมีขนาด ดังนี้
 - มีความกว้างไม่น้อยกว่า 400 เซนติเมตร
 - มีความยาวไม่น้อยกว่า 800 เซนติเมตร
 - มีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร
 - มีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร
 - 2.1.8 มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 130 กิโลกรัม
 - 2.1.9 มีสมอ เพื่อยึดตรึงป้องกันลม
 - 2.1.10 สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น รางน้ำ ตัวเชื่อมต่อเต็นท์ได้ โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน กับตัวเต็นท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/2.2 เครื่องปรับ...



2.2 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง

- 2.2.1 เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานนอกสถานที่ได้ โดยสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
- 2.2.2 มีขนาด กว้าง 36.5 x 77.5 x 56.8 เซนติเมตร
- 2.2.3 มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- 2.2.4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู
- 2.2.5 ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 1 เฟส
- 2.2.6 พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า 1,880 วัตต์
- 2.2.7 พิกัดกระแสไฟฟ้า 8.2 แอมป์
- 2.2.8 ความสามารถทำความเย็น 9.57 บีทียู/ชั่วโมง
- 2.2.9 ชนิดสารทำความเย็น R410A
- 2.2.10 ปริมาณแรงดันลม 265 CFM
- 2.2.11 มีน้ำยาในตัวเครื่อง และมีท่อระบายความร้อนด้านหลังเครื่อง
- 2.2.12 เครื่องจ่ายลมเย็นมีระบบ AUTO SWING
- 2.2.13 รีโมทคอนโทรลไร้สาย พร้อมปุ่มคำสั่งใช้งานบนเครื่อง
- 2.2.14 หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลไลท์
- 2.2.15 ถังบรรจุน้ำมีขนาด 4 ลิตร
- 2.2.16 ปริมาณการใช้น้ำ 2.2 ลิตร/ชั่วโมง

2.3 โต๊ะสแตนเลสสำหรับปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ จำนวน 6 ตัว

- 2.3.1 เป็นโต๊ะสแตนเลสขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 60 x 110 x 80 เซนติเมตร
- 2.3.2 มีมุมการ์ดขึ้น 4 ด้าน ป้องกันของเหลวไหล
- 2.3.3 มีช่องทางลงของเหลว
- 2.3.4 มีตะขอด้านข้างไม่น้อยกว่า 4 ตัว เพื่อบังคับสัตว์
- 2.3.5 มีรู สำหรับใส่เสาน้ำเกลือ พร้อมเสาน้ำเกลือ 1 เสา
- 2.3.6 ขาโต๊ะสามารถพับได้ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.3.7 มีที่รองรับภาคเครื่องมือผ่าตัด โดยสามารถถอดเก็บได้
- 2.3.8 มีรู หรือช่อง สำหรับที่รองรับภาคเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด

2.4 ชุดหลอดไฟ LED สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ จำนวน 6 ชุด

- 2.4.1 เป็นชุดหลอดไฟให้แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 2.4.2 หลอดไฟเป็นชนิด LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ต่อชุด
- 2.4.3 มีสายไฟขนาด 2 x 1.5 มม.² ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมปลั๊กเสียบไฟฟ้า (ตัวผู้) ชนิด 2 ขา ต่อชุด
- 2.4.4 ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์



2.5 ชุดม้วนเก็บสายไฟสายสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด

- 2.5.1 เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับม้วนเก็บสายไฟสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.5.2 สามารถบรรจุสายไฟขนาด 2×2.5 มม.² ได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร บรรจุมาพร้อมชุดม้วนเก็บ
- 2.5.3 มีเต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟฟ้า เป็นชนิด 3 รู (มีขาติน) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด ติดตั้งมาพร้อมกัน
- 2.5.4 มีปลั๊กเสียบไฟฟ้า (ตัวผู้) เป็นชนิด 3 ขา (มีขาติน) จำนวน 1 จุด ยึดติดที่ปลายสายไฟ

2.6 โคมไฟชนิดตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว

- 2.6.1 ตัวโคมไฟ ขา และฐาน ผลิตจากอลูมิเนียม
- 2.6.2 ตัวโคมไฟสามารถปรับระดับการใช้งานได้
- 2.6.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
- 2.6.4 ปรับทิศทางแสงไฟให้ส่องสว่างตรงจุดได้ง่าย
- 2.6.5 มีหลอดไฟชนิดกลม แบบ LED ขนาด 10 วัตต์
- 2.6.6 ตัวหลอดไฟใช้หลอด ขั้ว E27
- 2.6.7 ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุรเดช สมิเปรม)

.....กรรมการ
(นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชวาล ช่างทอง)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ