

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์ และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายพงษ์สิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตรให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวฉีดยาของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

สนง.ปศข.4/69005

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตรให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่วันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร

สนง.ปศข.4/69006

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีน ออกไซด์หรือรังสีแกมมา และปราศจากสารไพโรเจน (pyrogen free)
6. บรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 100 อันต่อกล่อง
7. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัสดุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดเบอร์ 22X1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายหรือของเหลวทางเส้นเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 22X1 นิ้ว
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสรีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 50 อันต่อกล่อง
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. No.) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุให้ชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดเบอร์ 24X3/4 นิ้ว

คุณลักษณะ


1. ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายหรือของเหลวทางเส้นเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 24X3/4 นิ้ว
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อฉวยโอกาส
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน โดยมีขนาดบรรจุ 50 อันต่อกล่อง
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. No.) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุให้ชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 32 ห่อละ 12 เล่ม

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบเหลี่ยม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัตน์ สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 32 ท่อละ 12 เล่ม

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบกลม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุท่อละ 12 เล่ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หมวดกลุ่มผืนใยสังเคราะห์แบบยางยืด ท่อละ 100 ชิ้น

คุณลักษณะ

1. เป็นหมวดสำหรับคลุมผืนในการผ่าตัด
2. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์แบบมียางยืด
3. ขนาดบรรจุ ท่อละ 100 ชิ้น
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าปิดจมูกแบบใยสังเคราะห์

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับปิดปากและจมูกในการผ่าตัด
2. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 50 ชิ้น
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายพงษ์สิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ผ้าก๊อชฆ่าเชื้อชนิดพับ ขนาด 3X3 นิ้ว ห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)

คุณลักษณะ


1. เป็นผ้าโปร่งชนิดดูดซึม ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดูดซึม ซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 3X3 นิ้ว
5. บรรจุห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัส
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับปิดแผลทำด้วยผ้าสามารถยืดหยุ่นได้
2. กาวติดแน่น ไม่หลุดง่าย มีช่องสำหรับระบายอากาศ
3. ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
4. ขนาดบรรจุกล่องละ 1 ม้วน
5. ระบุรายละเอียดวันผลิต และวันหมดอายุบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดโกน ชนิดคม 2 ด้าน

คุณลักษณะ

1. ใบมีดทำด้วยโลหะสแตนเลสอย่างดีที่เคลือบด้วยแพลตินัม (Platinum coated blade) ไม่เป็นสนิม
2. ใบมีดมีความคม 2 ด้าน
3. ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 20 แพ็คเล็ก โดยที่ 1 แพ็คเล็กมี 5 ใบมีด
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24

คุณลักษณะ

1. ใบมีดทำจาก Stainless steel หรือ Carbon steel ไม่เป็นสนิม เบอร์ 24
2. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
3. บรรจุในซอง Aluminum foil ปิดใช้สะดวก เวลาแกะใบมีดไม่ติดซอง หลุดออกง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้ทันที
5. บรรจุกล่องละ 100 ใบ
6. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. no.) การฆ่าเชือบนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าหน้าต่างสำหรับผ้าตัด ขนาด 70X70 เซนติเมตร
หน้าต่างขนาด 10X3 เซนติเมตร

คุณลักษณะ

1. เป็นผ้าสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสำหรับคลุมแผลผ้าตัดขนาด 70 X 70 เซนติเมตร ตรงกลางผ้ามีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10 X 3 เซนติเมตร
2. เนื้อผ้าอย่างดี ดูดซับน้ำได้ดี ไม่หด ทนความร้อนสูง
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นว.

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สัน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับทำแผล ขนาดบรรจุ 450 กรัม

คุณลักษณะ

1. เป็นสำลิจนิตกอนสำหรับทำแผลที่ผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ซึมซับได้ดี
2. มีสีขาว
3. ปราศจากการสังเคราะห์ และสารเรืองแสง
4. กอนสำลี มีขนาดกอนละไม่น้อยกว่า 0.35 กรัม
5. มีขนาดบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182-2545
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ

..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการและเลขานุการ

...(นายพงษ์สิน สิมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายแบบ Multifilament twisted filament-bundle
เบอร์ USP 2/0 แบบม้วน

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกายชนิดไม่ละลาย ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด Polyamide แบบ Multifilament twisted filament-bundle เบอร์ USP 2/0
2. บรรจุในภาชนะพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilized)
3. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
4. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA)
เบอร์ 0 แบบม้วน

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์ Polyglycolic acid (PGA) ชนิดละลายช้า (Slow absorbable) แบบม้วน เบอร์ 0
2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485 และคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP)
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก และปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ความยาวม้วนไม่น้อยกว่า 25 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP เบอร์ 2/0 แบบม้วน

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้เคลือบเกลือโครเมียม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 2/0 แบบม้วน
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ำยารักษาความนุ่มและปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
4. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออังกา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP เบอร์ 3/0 แบบม้วน

คุณลักษณะ

10. เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้เคลือบเกลือโครเมียม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 3/0 แบบม้วน
11. ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
12. บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ำยารักษาความนุ่มและปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสงหรือเอทรีลีนออกไซด์
13. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตรต่อม้วน
14. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
15. มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
16. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
17. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
18. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP เบอร์ 0 แบบม้วน

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้เคลือบเกลือโครเมียม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 0 แบบม้วน
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ำยารักษาความนุ่มและปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสงหรือเอทรีลีนออกไซด์
4. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาตัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP เบอร์ 1 แบบม้วน

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้เคลือบเกลือโครเมียม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 1 แบบม้วน
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ำยารักษาความนุ่มและปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสงหรือเอทรีลีนออกไซด์
4. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 1/2569 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงใส่ขยะติดเชื้อ ขนาด 18x20 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงสำหรับคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะ สิ่งขับถ่าย หรือของเหลวจากสัตว์รวมทั้งเครื่องมือหรือวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว เช่น สำลี ผ้าก๊อช กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น
2. เป็นถุงที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี เนื้อพลาสติกหนา ที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนต่อการเคี้ยวและการรับน้ำหนัก ไม่มีกลิ่นเหม็น กันถุงต้องไม่รั่วซึม
3. เนื้อถุงมีสีแดง พิมพ์ตัวอักษรที่มีข้อความ “ขยะติดเชื้อ” หรือมีสัญลักษณ์ของขยะอันตรายหรือขยะมูลฝอยติดเชื้อ
4. ขนาดของถุงมีความกว้าง 18 นิ้ว และมีความยาว 20 นิ้ว ไม่มีรอยต่อ บรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท ขนาดบรรจุแต่ละ 1 กิโลกรัม
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประธานกรรมการ




(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวิรัช สุดดี)
กรรมการ



(นายคัมพนธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิตติภพ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬพร ศรีหนา)

กรรมการ



(นายวิรัช สุตติ)

กรรมการ



(นายศัพนธ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางกัญญพิชญา ธีระพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)

กรรมการ



(นายกิติภัทท์ สุจิต)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ

(นางสาวจุฬพร ศรีหนา)
กรรมการ

(นายฉันทพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ

(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ

(นายวีรชัย สุธติ)
กรรมการ

(นางกัญญพิชญา ธีระพันธ์)
กรรมการ

(นายกิตติภรต์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เสียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาพร ศรีหนา)

กรรมการ



(นายวีรชัย สุธติ)

กรรมการ



(นายคัชพนธ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางกัญญพิชญา ธีระพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)

กรรมการ



(นายกิตติภทท์ สุจิต)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056




(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
กระทรวงการ



(นางสาวจุฬพร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวีรชัย สุธดดี)
กรรมการ



(นายคัมพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิตติภทท์ สุกิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณสมบัติ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวิรัช สุตติ)
กรรมการ



(นายคัมพันธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญาพิชญา ธีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิตติเทพ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดเล็ก) สำหรับการคัดแยกขยะ ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ 6 หรือ 6.5
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.538

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ

(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)
กรรมการ

(นายวิรัช สุตติ)
กรรมการ

(นายคัมภีร์ อุดมสินคำ)
กรรมการ

(นางกัญญาพิชญา วีระพันธ์)
กรรมการ

(นางสาวนพสร เกื้อตะโก)
กรรมการ

(นายกิตติพัทธ์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดกลาง) สำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากนํ้ายางธรรมชาติ หรือนํ้ายางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ 7 หรือ 7.5
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.538



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬพร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวิรัช สุตติ)
กรรมการ



(นายคัชพนธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญพิชญา อีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิติภัท สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดใหญ่) สำหรับการคัดแยกขยะ ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือ น้ำยางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ 8 หรือ 8.5
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.538



(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาพร ศรีหนา)

กรรมการ



(นายวิรัช สุตติ)

กรรมการ



(นายคัมพันธ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญะ ธีระพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)

กรรมการ



(นายกิตติภพ สุจิต)

กรรมการและเลขานุการ