


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ


1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ถู่มืออย่างสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ


1. เป็นถู่มือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ถูมือสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ


1. เป็นถูมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ชนิดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ


1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ 7 หรือ 7.5
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.538
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

สนง.ปศข.4/66001

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัติน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

สนง.ปศข.4/66002

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

สนง.ปศข.4/66003

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดเบอร์ 22X1 นี้

คุณลักษณะ


1. ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายหรือของเหลวทางเส้นเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าที่ตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 22X1 นี้
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. No.) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดเบอร์ 24X3/4 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายหรือของเหลวทางเส้นเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าที่ตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 24X3/4 นิ้ว
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. No.) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ


 ประธานกรรมการ
 (นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


 กรรมการ
 (นางสาวอรพรรณ อางคำภา)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



 กรรมการและเลขานุการ
 (นายพงษ์วิน สิมมาทัน)
 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

สนง.ปศช.4/66004

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตรให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นอย่างดีสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วินิจฉัยวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัติน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

สนง.ปศข.4/66005

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัสดุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร

สนง.ปศข.4/66006

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัสดุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาตัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์แบบยางยืด ห่อละ 100 ชิ้น

สนง.ปศข.4/66009

คุณลักษณะ


1. เป็นหมวกสำหรับคลุมผมในการผ่าตัด
2. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์แบบมียางยืด
3. ขนาดบรรจุ ห่อละ 100 ชิ้น
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัฒน์ สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อซฆ่าเชื้อชนิดพับ ขนาด 3X3 นิ้ว ท่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)

สนง.ปศข.4/66010

คุณลักษณะ


1. เป็นผ้าโปร่งชนิดดุดซึม ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดุดซึม ซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 3X3 นิ้ว
5. บรรจุท่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัส
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์

สนง.ปศช.4/66011

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุสำหรับปิดแผลทำด้วยผ้าสามารถยืดหยุ่นได้
2. กาวติดแน่น ไม่หลุดง่าย มีช่องสำหรับระบายอากาศ
3. ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
4. ขนาดบรรจุกล่องละ 1 ม้วน
5. ระบุรายละเอียดวันผลิต และวันหมดอายุบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายซิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดโกน ชนิดคม 2 ด้าน

สนง.ปศข.4/66012

คุณลักษณะ


1. ใบมีดทำด้วยโลหะสแตนเลสอย่างดีที่เคลือบด้วยแพลตินัม (Platinum coated blade) ไม่เป็นสนิม
2. ใบมีดมีความคม 2 ด้าน
3. มีขนาดบรรจุกล่องละ 5 ใบ
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์วัฒน์ สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24

คุณลักษณะ


1. ใบมีดทำจาก Stainless steel หรือ Carbon steel ไม่เป็นสนิม เบอร์ 24
2. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
3. บรรจุในซอง Aluminum foil เปิดใช้สะดวก เวลาแกะใบมีดไม่ติดซอง หลุดออกง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้ทันที
5. บรรจุกล่องละ 100 ใบ
6. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot. no.) การฆ่าเชือบนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุ ให้ชัดเจน
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัฒน์ สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 32 ท่อละ 12 เล็ม

สนง.ปศข.4/66008

คุณลักษณะ


1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบกลม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุท่อละ 12 เล็ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อัจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 32 ท่อละ 12 เล่ม

สนง.ปศข.4/66007

คุณลักษณะ


1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ที่มีปลายเข็มแบบเหลี่ยม ขนาดเบอร์ 32 บรรจุท่อละ 12 เล่ม
2. ทำด้วยโลหะชนิด 18-8 stainless steel
3. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร
4. ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ ไม่หักงอง่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าหน้าต่างสำหรับผ้าตัด ขนาด 70X70 เซนติเมตร
หน้าต่างขนาด 10X3 เซนติเมตร

สนง.ปศข.4/66014

คุณลักษณะ


1. เป็นผ้าสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสำหรับคลุมแผลผ้าตัดขนาด 70 X 70 เซนติเมตร ตรงกลางผ้ามีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10 X 3 เซนติเมตร
2. เนื้อผ้าอย่างดี ดูดซึมน้ำได้ดี ไม่หด ทนความร้อนสูง
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 สำลีสําหรับเช็ดผิวหนัง ขนาดม้วนละ 450 กรัม

คุณลักษณะ


1. สำลีสผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 2/0 แบบของ

คุณลักษณะ


1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Cottagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 2/0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ต่อซอง
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สิน สิมมาตัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 0 แบบของ

คุณลักษณะ


1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Cottagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ต่อซอง
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วสิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 1 แบบของ

คุณลักษณะ


1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติทำจาก Cottagen ใน Submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บขนาด USP: 1
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรต่อซอง
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ซอง
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
6. วันเสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อาจคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง ชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA)
เบอร์ 0 แบบม้วน

สนง.ปศข.4/66016

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์ Polyglycolic acid (PGA) ชนิดละลายช้า (Slow absorbable) แบบม้วน เบอร์ 0
2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485 และคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United States Pharmacopeia (USP)
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก และปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 25 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 11/2566 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิสิน สิมมาตัน)


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย Supramid USP เบอร์ 2/0 แบบม้วน

สนง.ปศข.4/66015

คุณลักษณะ


1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกในร่างกายชนิดไม่ละลาย ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ Polyamide ชนิดไม่ละลาย แบบ Pseudomonofilament เบอร์ 2/0
2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 13485
3. บรรจุในภาชนะพลาสติก
4. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
5. มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 11/2566 (ปศข.4)
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมาขึ้นเสนอ



ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 กรรไกรผ่าตัดแบบมีทั้งปลายแหลมและปลายมนอย่างละ 1 ด้าน
 (Operating scissors S/B) ขนาด 16 เซนติเมตร

คุณลักษณะ


1. เป็นกรรไกรสำหรับตัดเนื้อเยื่อขณะทำการผ่าตัดแบบมีทั้งปลายแหลมและปลายมนอย่างละ 1 ด้าน
2. ทำจากโลหะสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และทนทาน
3. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ด้ามมีดผ่าตัด (Scalpel handles)

คุณลักษณะ


1. เป็นด้ามมีดสำหรับสวมมีดผ่าตัด
2. ทำด้วยโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
3. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ออคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์สิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมจับเส้นเลือดปลายโค้ง (Artery forceps) ขนาด 16 เซนติเมตร

คุณลักษณะ

1. เป็นคีมสำหรับจับเส้นเลือดชนิดปลายโค้ง แบบล็อก
2. ทำด้วยโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
3. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ


(นายพงษ์วิน สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมจับเส้นเลือดปลายตรง (Artery forceps) ขนาด 16 เซนติเมตร

คุณลักษณะ


1. เป็นคีมสำหรับจับเส้นเลือดชนิดปลายตรง แบบล็อก
2. ทำด้วยโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
3. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่นเสนอ



..... ประธานกรรมการ

(นายศิลปกิจ บุญโพธิ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ อางคำภา)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์วัฒน์ สิมมาทัน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ